

# Presstige Twin-Care

## Gebruikershandleiding

### Algemeen

- Alle Deron-producten worden regelmatig getest op algemene veiligheid, functionaliteit en gebreken. U mag verwachten dat het matras in nieuwstaat bij u arriveert.
- Indien u de geur van het schuim als onaangenaam beschouwd, kunt u het matras laten luchten. Deze geur is onschadelijk, ontstaat bij het productieproces en verdwijnt in een aantal dagen.
- Het Presstige Twin-Care matras mag gebruikt worden met een elektrische bodem en een elektrische deken.

### Reinigingsvoorschriften

- Het Presstige Twin-Care matras moet bij intensief gebruik dagelijks worden gereinigd en bij iedere wisseling van gebruiker.
- Voor het reinigen van het matras en/of de hoes zie het reinigingsprotocol.
- Het matras en IC-hoes zijn geen voedingsbodem voor micro-organismen en hoeven derhalve ook niet als dergelijk te worden behandeld.
- Zorg dat de matrashoes goed gedroogd is alvorens het opgemaakt wordt.
- De matraskern is geschikt voor gebruik binnen een wasstraat.
- Desinfectantia met alcoholhoudende stoffen zijn toepasbaar op het matras zonder kwaliteitsverlies.

### Stoffen hoes

- Wasbaar: tot 30°C. Droogtrommel: lage temperatuur.
- Bij de fabricage van de hoes is rekening gehouden met de 1e krimp na het wassen. Indien de hoes in uw ogen te ruim is, dient u de hoes te wassen.
- Gebruik altijd een hoeslaken om uw matras.
- Een verstelbare bedbodem kan plooivorming geven aan de hoes. Deze verdwijnt weer in de lig-stand.

### Incontinentie hoes

- Wasbaar: tot 95°C. Droogtrommel: lage temperatuur.
- De standaard IC-hoes is niet geschikt voor gebruik binnen een wasstraat. Deron heeft hiervoor aangepaste IC-hoezen in haar assortiment.
- Indien de IC-hoes lek is, dient deze te worden vervangen.

### Voor ingebruikname

- Controleer of het product in goede staat is ontvangen; de rits dient gesloten te zijn.
- Bij uitwisseling van matras, matrashoes of beide, moet u het product voor gebruik grondig reinigen.
- Gebreken dienen direct gemeld te worden bij uw dealer.

### Gebruikersvoorschrift

- Dit matras is enkel bedoeld om op te liggen.
- Gebruik dit matras in combinatie met een goed ventilerende bedbodem en altijd met een bed.
- Gebruik dit matras in combinatie met: de originele matrashoes of een identieke vervanger, de originele Deron-kern en het Deron-tricot.
- De matraskern is uv-straling gevoelig. Eventuele verkleuringen hebben geen invloed op de kwaliteit.
- Dit matras is en behoort temperatuurgevoelig te zijn.
- Het Presstige Twin-Care matras mag gekeerd en gedraaid worden. Dit matras heeft geen boven- en onderzijde.
- Zorg er altijd voor dat de rits in zijn geheel is dichtgeritst bij gebruik.
- Bewegende delen (ritsen) mogen alleen worden bediend door een gekwalificeerd persoon.
- Zorg altijd, dat u bij het open- of dichtritsen van de matrashoes uw vingers beschermt.
- Vervuiling, voedsel, faeces, bloed, schimmels of overmatig vocht in of op de schuimkern is schadelijk voor het product. In dit geval dient u het product ten alle tijden te vervangen of te reinigen.
- Wij raden aan dit matras na 5 gebruikersjaren te controleren op eventuele gebreken, functionaliteit en kwaliteit. Bij gebreken dient u het product te vervangen.
- Bijbehorende hoezen dienen elke 3 jaar te worden gecontroleerd. Bij gebreken dient u het product te vervangen.
- De producttechnische informatie kunt u opvragen via [info@deron.nl](mailto:info@deron.nl)